



Scheda ordine

Data: _____
 Dati cliente: _____
 Rf.utente*: _____

*Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n.2016/679.

CONFIGURAZIONE

Base da interni universale in grado di accogliere diversi sistemi di postura

01 Modelli **ELEPHANT 2.0** **ELEPHANT ESSENZIALE**

02 Configurazione base

Configurazione base	ELE 2.0	ELE ESSE	Configurazione base
castello ✓			✓ castello
pistone di alzata regolabile ✓			✓ pistone di alzata regolabile
pistone di bascula regolabile o semplice ✓			✓ pistone di bascula semplice
4 estensioni di telaio ✓			✓ 4 ruote piroettanti frenabili
4 ruote piroettanti frenabili ✓			

03 Accessori

<input type="checkbox"/>		ELE-KIT-I Interfaccia a "coda di rondine"	<input type="checkbox"/>		ELE-KIT-S Schienale
<input type="checkbox"/>		ELE-KIT-PD Pedana doppia	<input type="checkbox"/>		ELE-KIT-B Braccioli (coppia)
<input type="checkbox"/>		ELE-KIT-PS Pedana singola	<input type="checkbox"/>		ELE-KIT-M Maniglia di spinta
<input type="checkbox"/>		ELE-KIT-T Tavolo	<input type="checkbox"/>		ELE-KIT-TDS Tavolino di servizio

04 NOTE

*indicare altre richieste o informazioni di rilievo

firma _____

DATI TECNICI		ELE ESSE	ELE 2.0
Età ricoperta massima	anni	2	10
Altezza utente massima	cm	80	140
Peso massimo utente	kg	40	40
Ingombro laterale minimo	mm	700	770
Ingombro frontale minimo	mm	630	650
Variazione in altezza castello	cm	26 ÷ 63	26 ÷ 63
Bascula (angolo)	°	40	40
Peso Base	kg	12	13

Dispositivo medico registrato presso il Ministero della Salute **REG.NO.189-4015**

Basic UDI **805050779002AF**

MOD.ORD.ELE.ITA.REV.03